



KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	GTHB_71_İLM_PRD.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 2

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı İl ve İlçe Müdürlüğümüzde izleme ve ölçme için kullanılan tüm cihazların, alet ve ekipmanların kalibrasyon işlemleri için gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm izleme ve ölçme cihazlarını kapsar.

3. TANIMLAR

Kalibrasyon: Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir

4. SORUMLULUKLAR

İdari Mali İşler Şube Müdürü: Kalibrasyonların yaptırılması için gerekli kaynağı sağlamaktan sorumludur.

Kalibrasyon Sorumlusu: Her Şube ve ilçe Müdürlüğü Kalite Yönetim Ekibi üyesi kullanmış olduğu cihazların kalibrasyon işlemlerinin takip edilmesinden ve kayıtlarını tutmaktan sorumludurlar.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kalibrasyon Takip Formu (GTHB_71_İLM_İKS/KYS.FRM.63)

6. UYGULAMA

6.1 Kalibrasyona Tabi Cihazlar

Kurumumuzda kalibrasyona tabi cihazların listesi ve özellikleri Kalibrasyon Takip Formunda (GTHB_71_İLM.İKS/KYS.FRM.63) belirtilmiştir.

6.2 Kalibrasyon

Kurumumuzda kalibrasyon yapılacak cihazlar kalibrasyon tarihi gelmeden önce ilgili şube ve ilçe müdürlüklerinde cihazı kullanan kişi ve Kalite Yönetim Ekibi üyesi tarafından kalibrasyonlarının yaptırılması için İdari Mali İşler Şube Müdürlüğüne bildirir.

6.3 Kalibrasyon Planlaması

Kalibrasyona tabi cihazların kalibrasyon tarihleri, kalibrasyonu yapan kurum ve rapor numarası, Kalibrasyon Takip Formunda (GTHB_71_İLM.İKS/KYS.FRM.63) gösterilmiştir.

Kalibrasyon Takip Formundaki hususlar ilgili şube ve ilçede görevli Kalite Yönetim Ekibi üyesi tarafından takip edilir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi



**KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON PROSEDÜRÜ**

Doküman Kodu	GTHB_71_İLM_PRD.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	2 / 2

6.4 Cihazların Hasar Görmesi, Kalibrasyon Periyodu Belirlenmesi

Kalibrasyona tabii ölçüm cihazlarının hasar görmesi veya uygunsuzluk göstermesi durumunda ilgili şube ve İlçe müdürlüklerinde görevli Kalite Yönetim Ekibi üyesi tarafından ilgili kurumlarla görüşülerek çözümlenir. Kalibrasyon periyodu, kalibrasyon yapan firmaların göndermiş olduğu raporlar ve/veya ilgili firmaların görüşleri dikkate alınarak belirlenir.

6.5 Kalibrasyon Kayıtları

Kalibrasyona tabii tutulan ölçüm cihazları, kalibrasyonu yapan kurumun etiketleri yapıştırılarak tanımlanır. Kalibrasyona ilişkin tüm raporlar ve kayıtlar İlgili şube müdürlüğünde görevli Kalite Yönetim Ekibi üyesi tarafından tutulur.

6.6 Kalibrasyonun Geçersiz Kılınması

Muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonunun sağlanamadığı durumlarda cihazın kullanılmaması sağlanır. Kalibrasyona tabii cihazlar ölçüm yapılacak ortamlarda kullanılmaktadır.

6.7 Cihazların Taşınması

Kalibrasyona tabii cihazlar, kalibrasyonu yapacak ilgili laboratuvarın tarif ettiği şekilde taşınır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi